

Numer zapytania	Z333/24530/1
Tytuł zapytania	przekładki do koszy do sterylizacji - Animex Etk
Kupiec prowadzący:	Kulpa, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-12-11 10:57:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-12-11 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-13 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-13 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do złożenia oferty na elementy z zapytania.

300 szt. przekładek do koszy do sterylizacji konserw – ZDJĘCIE W ZAŁĄCZENIU

- przekładki obustronnie gładkie
- Wymiary 740x660mm
- grubość 3 mm
- materiał: PP SSAG
- kolor: RAL 7032
- Temperatura w procesie 121 Stopni Celcjusza. mają zapewnić odporność 125 stopni
- Perforacja 21x19 otworów o średnicy 18-20 mm

W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z: **Agnieszka Kamińska** | Specjalista ds. Inwestycji i Remontów | Agnieszka.Kaminska@animex.pl | Mobile: +48 664036313 |

Pozdrawiam
Piotr Kulpa
piotr.kulpa@animex.pl
+48608062086

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	IMG_20231107_153531.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przekładki do koszy do sterylizacji konserw		300	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak